ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: QAQ-xxxx-FR-006
Versión: Fecha Actualización: 05/08/2015
Página: 1 de 2

Fecha Radicado: / / | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2380B | Fecha Inicio: 13/7/21 8:35 | Fecha Fin: 13/7/21 10:42

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

BITACORA SUMINISTRADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No
						Si No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (40% - 95%)	FLUJÓMETRO (0 - 5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (SI / NO)	REJILLAS (SI / NO)	FILTROS (SI / NO)	BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (SI / NO)	RUEDAS (SI / NO)	OBSERVACIONES
	3884	3.2	453	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 1 min | Genero Alarma: NO [ ] SI [X] | Cual? E7

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [X] | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	9.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica consumo neumático del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo + LED encendido y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tapón de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Cierre manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (40% - 95%)	FLUJÓMETRO (0 - 5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (SI / NO)	REJILLAS (SI / NO)	FILTROS (SI / NO)	BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (SI / NO)	RUEDAS (SI / NO)	OBSERVACIONES
	3884	6.5	95.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: