OX.Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAC-MAN-FR-025
Versión	Fecha Aprobación: 08/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1028B	Fecha Inicio	13/7/21 9:40	Fecha Fin	13/7/21 11:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
	X		Flujometro	7		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	CONSEJO (20% - 60%)	FLUJÓMETRO (0-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hz)	Pila (0-Hz)	"Flujo a 0" (0-Hz)	REJILLAS (0-Hz)	FILTROS (0-Hz)	BASE (0-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-Hz)	MANGA (0-Hz)	RUEDAS (0-Hz)	OBSERVACIONES
	20800	7.5	26.7	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	30 seg	Generó Alarma	No	X	Si	X	Cual?	E7

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ajuste o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo o LED amarillo o LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Observa manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	CONSEJO (20% - 60%)	FLUJÓMETRO (0-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hz)	Pila (0-Hz)	"Flujo a 0" (0-Hz)	REJILLAS (0-Hz)	FILTROS (0-Hz)	BASE (0-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-Hz)	MANGA (0-Hz)	RUEDAS (0-Hz)	OBSERVACIONES
	20891	6.3	95.3	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO