

Fecha Recepción: \_\_\_\_\_ Servicio: \_\_\_\_\_ Auxilio: \_\_\_\_\_  
 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **NN-1919B** Fecha Inicio: **14/7/21 2:0** Fecha Fin: **14/7/21 3:46**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PLAGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Nº REPORTE	REPARO O CAMBIO
				SI NO SI NO SI NO SI NO

AREA DE MANTENIMIENTO

Es Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA	REGLAS	FILTROS	ALBE	CÓDIGO DE BARRAS	REJILLAS	OBSERVACIONES
6.597.1	SI SI SI E5	SI SI SI	SI	SI	NO SI SI	SI	Mito Preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba: <b>90 min</b>	Control Alarma: No	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	CAUT		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI No <input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE BOMBERAS	Buenas	<input checked="" type="checkbox"/>	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena <input checked="" type="checkbox"/> Mala
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	<b>Buena</b>	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>	Con Sobrecalentamiento		

SETE DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Fija 0.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neutral del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de la alarma o alarma	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

REPERTE USADOS

CODIGO	REPERTE	CANT	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE ALARMA Y VERIFICACION DE LAS ALARMAS REALIZADAS EN COORDINACION

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cable neutro)	Se verifica existencia de alarmas LL - LE - EB	E5
2	Fuga a tierra	Se verifica existencia de alarmas LL y alarma LED Fuga a LED amarillo y LL-LE	LO
3	Conexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Conexiones tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de vehículo de abito	Control de presencia de sensores de zona de emergencia	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PRUEBAS DE ALARMA

Es Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA	REGLAS	FILTROS	ALBE	CÓDIGO DE BARRAS	REJILLAS	OBSERVACIONES
6.396.5	SI SI SI E5	SI SI SI	SI	SI	NO SI SI	SI	PRUEBA VERIFICACION