ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-005
Versión: 1 Fecha Actualización: 01/05/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión | Revisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: 2020080000193B | Fecha Inicio: 14/7/21 2:35 | Fecha Fin: 14/7/21 4:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4 - 7 Psi)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lmin)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REGILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	MANGUERA (LO - ALTO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	1736.6	99.5	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mito Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 Min | Genera Alarma: No [X] Si [ ] Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenos | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [X] Con Mantenimiento

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Pruebas	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifico voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 2 (Cierre fugometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Flujo a LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activando alarma sonora	OK
4	Desconexión salida de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	OK
6	Otros:		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

Sin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4 - 7 Psi)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lmin)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REGILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	MANGUERA (LO - ALTO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	1736.6	99.2	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA RESPONSABLE