ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

7FSMY2020030000110 — 15/7/21 8:35 — 15/7/21 10:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] — FECHA INICIO AISLAMIENTO — FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

F.c Mantenimiento	CONDUCTIVO	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	Flujo a 0	REJILLAS	FLITROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: Base	Reflector	VIDRIOS	OBSERVACIONES
														Mto
23416598.1	Si	Si	Si		Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Preventivo

1. CALIBRO: Tiempo de la prueba: 90 min — Cambio Aceite: No [X]

2. HABIA CUTANEO: Si [ ] No [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] — 4. SISTEMA DE RETIRO RAPIDO: Fuerte [X] Débil [ ]

5. SENOS DE INTERCALACION:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] Mala [ ] — Con cual se verifico:

DIAGNOSTICO FALLA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Pila 9 V	Verifica voltaje de la pila	9.9V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido a su alguno o Fuerte	Fuerte
	Otros		
	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
	Flujo a 0 (Alarma Suministro)	Se verifica activacion de alarma nivel 0 (0 Flujo)	E5
	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma nivel maximo (>55 Flujo)	Lo
	Valvula reguladora	Activacion alarma sonora	OK
	Desconexion manguera de fuga	Desconexion total alarma	OK
	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
	Otros		
	Otros		
	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

F.c Mantenimiento	CONDUCTIVO	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	Flujo a 0	REJILLAS	FLITROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: Base	Reflector	VIDRIOS	OBSERVACIONES
23516397.9	Si	Si	Si		Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: