Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Código	[illegible]
Versión	[illegible]
Fecha	[illegible]
Página	[illegible]

Fecha Remisión		Remisión #		Nombre Mantenimiento		No. Sistema	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	201B040000132	Fecha Inicio	15/9/21 9:54	Fecha Fin	15/9/21 11:29
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	
FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO			

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

[illegible]

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desaturación	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: Base	Equipo	HUELLAS	OBSERVACIONES
	889	6.7	920	Sí	Sí	Sí	E5	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera alarma	Sí	X	No		Cuál	
2. RUIDO EXTRAÑO	Sí		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo						

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	[illegible]

SET DE PRUEBAS

No.	Pruebas	Descripción	Resultado
1	Salida Pila 5.1 V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del Repuesto Identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	E5
2	Flujo Máximo	[illegible]	LO
3	[illegible]	Activación alarma [illegible]	OK
4	[illegible]	[illegible]	OK
5	[illegible]	[illegible]	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desaturación	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: Base	Equipo	HUELLAS	OBSERVACIONES
	881	6.5	91.1	Sí	Sí	Sí	E5	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	

FIRMA MANTENIMIENTO