ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxiPro

FORMATO
Código: OXI-MAN-FR-008
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/09/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: DM20091522B | Fecha Inicio: 14/7/21 4:20 | Fecha Fin: 14/7/21 5:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA (CREADO/MANTENIMIENTO)

En Mantenimiento	MONOMETRO (Bar(g))	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 99%)	FLUXIMETRO (10 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 Seg)	Pila (0 Seg)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (10 - Seg)	FILTROS (10 - Seg)	BASE (10 - Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 99)	CÓDIGO DE BARRAS: Sensor (10 - 99)	RUEDAS (10 Seg)	OBSERVACIONES
	100	6.9	97.9	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Generó Alarma: No [X] Si [ ] Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	N/A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	N/A
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	N/A
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Ensayo	Descripcion	Resultado
1	Fuga + 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - ES)	LO
2	Fuga Manero	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LE-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	N/A
4	Desconexión botella en flujo	Desconexión fisica electrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire en compresor	N/A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	MONOMETRO (Bar(g))	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 99%)	FLUXIMETRO (10 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 Seg)	Pila (0 Seg)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (10 - Seg)	FILTROS (10 - Seg)	BASE (10 - Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 99)	CÓDIGO DE BARRAS: Sensor (10 - 99)	RUEDAS (10 Seg)	OBSERVACIONES
	121	6.9	97.5	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	

PRUEBA MANTENIMIENTO: