

Fecha Revisión: _____ Retención #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NN-561B** Fecha Inicio: **16/7/21 10:27** Fecha Fin: **16/7/21 11:59**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA - DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPUESTO CARBURANTE
X		Filtro Central	1		SI X No
X		Filtro lateral	2		SI X No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 1" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)			
NOVA	6.8	980	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mnto Preventivo	
1. CICLADO					Tiempo de la prueba: 90 min			Genero Alarma: No		X		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO					SI No X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno X Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena X		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Solenoides)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E8)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarmas visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E8)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alfa	Obtención manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 1" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)		
NOVA	6.7	97.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO