OK Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Apertura: | Apertura #: | Ayuda Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3004B | Fecha Inicio: 15/7/21 10:01 | Fecha Fin: 15/7/21 11:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

CONTIENE REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI / NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR INGENIERO:

AREA DE MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

E= Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila	Fuga a 0°	MEDIDAS	VOLTAJE	AMPS	CÓDIGO DE BARRAS	HORAS	OBSERVACIONES
	Horas	(0 - 1 Bar)	(Min - Max)	Si-No	Si-No	Si-No		Si-No	Si-No	Si-No	Si-No / Valor	Si-No / Valor	Si-No
	A911	6.8	975	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Mtto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Cantidad Aprobada: No [X]

2. INVERSO ESTÁTICO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas: | 4. ROTATIVO DE RETROALIMENTACIÓN: Bueno [X] Malo:

5. DAÑOS EN TUBERÍAS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 v	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fuga	Se realiza condición neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de Alarma	Se verifica sonido de la alarma y fuente	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPARACIÓN LOCATIVA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Pruebas / Simulación	Descripción	Resultado
1	Prueba de Operación Normal	Se verifica activación de alarma (+ 3.5 - 4.5)	ES
2	Prueba Manual	Se verifica activación de alarma manual y sonido (+3.5) Prueba (-3.5) sonido (+3.5 ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión fuente de Fuga	Desconexión fuga activa	OK
5	Activación de válvula de purga	Observar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

DIAGNÓSTICO DE SALIDA

E= Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila	Fuga a 0°	MEDIDAS	VOLTAJE	AMPS	CÓDIGO DE BARRAS	HORAS	OBSERVACIONES
	Horas	(0 - 1 Bar)	(Min - Max)	Si-No	Si-No	Si-No		Si-No	Si-No	Si-No	Si-No / Valor	Si-No / Valor	Si-No
	A913	6.6	967	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

FIRMA QUIEN REALIZÓ EL MTO: