ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2009
	Página 1 de 2

Fecha Revisión | Revisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 20200800001804 | Fecha Inicio: 19/7/21 10:20 | Fecha Fin: 19/7/21 12:01

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						SI [ ]	NO [ ]
						SI [ ]	NO [ ]
						SI [ ]	NO [ ]
						SI [ ]	NO [ ]
						SI [ ]	NO [ ]
						SI [ ]	NO [ ]
						SI [ ]	NO [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

REVISIÓN INICIAL

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	20635	6.4	98.9	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mto preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 mins	Generó Alarma	No [X]	SI [ ]	Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X]	Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno [X]		Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE SIMULACIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecto linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	20635	6.4	98.1	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	NO	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO: