

OXIPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO			
						Edición	04/01/2018		
						Version: 1	Fecha Actualización: 05/06/2018		
						Página 1 de 2			
Fecha Recepción		Revisión #		Ambiente Mantenimiento		No. Orden			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO									
Código Equipo	DM300617118			Fecha Inicio	12/17/21 8:12	Fecha Fin	9:47		
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO			
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	ID REPORTE	REPARO CAMBIOS	
							SI	No	
							SI	No	
							SI	No	
							SI	No	
							SI	No	
							SI	No	
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE									
OBSERVACIONES									
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	DESCRIPCIÓN	PIZA	"Flujo a 2"	NEGLIAS	FILTROS	
(0-1)	(0-1.10)	(0.5-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)	
1716.9	98.8	57	57	57	N/A	N/A	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 mins	Generó Alarma	No	X	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	X	
E. DAÑOS IDENTIFICADOS								4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena
E. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	X	Con Sobrecalentamiento	
No.	Prueba	Descripción					Resultado		
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila					N/A		
2	Prueba de fugas	Se verifica conexión normal del equipo					N/A		
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					N/A		
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					N/A		
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido o es agudo o fuerte					Fuerte		
6	Otro:								
7	Otro:								
Descripción del diagnóstico identificado									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT				
OBSERVACIONES									
No.	Prueba / Situación	Descripción					Resultado		
1	Flujo a 0 (Cierre Submarino)	Se verifica activación de alarma (LI - LO - ES)					N/A		
2	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo) y (LI-LO-ES)					N/A		
3	Desconexión eléctrica	Activa alarma sonora					OK		
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica					N/A		
5	Activación de válvula de alivio	Operó manguera de salida de aire de compresor					N/A		
6	Otro:								
7	Otro:								
8	Otro:								
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	DESCRIPCIÓN	PIZA	"Flujo a 2"	NEGLIAS	FILTROS	
(0-1)	(0-1.10)	(0.5-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)	(0-10)	
1726.9	98.0	57	57	57	N/A	N/A	SI	SI	
PRIMA MANTENIMIENTO								SI	