ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/03/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión | Remisión # | Asunto Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1260 | Fecha Inicio: 22/7/21 9:00 | Fecha Fin: 22/7/21 10:42

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO POR EL AREA DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO

ANALISIS DE DIAGNOSTICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lts)	Pila (10 lts)	"Flujo a 0" (LO-05)	REJILLAS (10 lts)	FILTROS (10 lts)	BASE (40 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (201-400)	MANGA (301-400)	RUEDAS (10 lts)	OBSERVACIONES
	909	6.5	98.1	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	No	Si	Si	Mto Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 5 mins | Genera Alarma: No | Si: X | Cual? E1

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas: X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: X | Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS DIAGNOSTICAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FINALES DESPUES DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE LAS FALLAS REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Rejillas)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 lts)	Pila (10 lts)	"Flujo a 0" (LO-05)	REJILLAS (10 lts)	FILTROS (10 lts)	BASE (40 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (201-400)	MANGA (301-400)	RUEDAS (10 lts)	OBSERVACIONES
	911	6.5	99.9	5°	Si	Si°	E5	Si°	Si	Si	No	Si°	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: