ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Revisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-6813 | Fecha Inicio: 22/7/21 2:30 | Fecha Fin: 22/7/21 9:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMAS REPORTADO O INSPECCION DE ESPACIO

TALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EN REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
X			Filtro Externo Central	7		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE PRUEBA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO [Hrs]	PRESIÓN [5 - 7 Psi]	OXIGENO [90% - 95%]	FLUJOMETRO [10 lpm]	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión [10 lpm]	Pila [10 lpm]	"Flujo a 0" [LO-ES]	REJILLAS [10 - lpm]	FILTROS [10 - lpm]	BASE [10 - lpm]	CÓDIGO DE BARRAS: BASE [10 - lpm]	MANGUERA [10 - lpm]	RUEDAS [10 lpm]	OBSERVACIONES
	6.2	6.2	85.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mto Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 horas | Cerrará Alarma: No [ ] Si [X] | Cual? Naranja - LO

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] Con Sobrecalentamiento [ ]

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

PRUEBA DE PARAMETROS PARA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

PARAMETROS OBTENIDOS DESPUES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO [Hrs]	PRESIÓN [5 - 7 Psi]	OXIGENO [90% - 95%]	FLUJOMETRO [10 lpm]	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión [10 lpm]	Pila [10 lpm]	"Flujo a 0" [LO-ES]	REJILLAS [10 - lpm]	FILTROS [10 - lpm]	BASE [10 - lpm]	CÓDIGO DE BARRAS: BASE [10 - lpm]	MANGUERA [10 - lpm]	RUEDAS [10 lpm]	OBSERVACIONES
	6.1	97.8	Si	Si	Si	ES	SI	Si	SI	NO	Si	Si		FIRMA MANTENIMIENTO: