ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAC-MAN-FR-006
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/03/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3049B | Fecha Inicio: 26/7/21 12:58 | Fecha Fin: 26/7/21 2:34

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMAS REPORTADOS POR EL OPERADOR DEL SERVICIO

PARTE	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (80 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (21 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (5.0 Lts)	REJILLAS (10 Vcc)	FILTROS (10 Vcc)	BASE (10 Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 14v)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (10 - 14V)	RUEDAS (10 Vcc)	OBSERVACIONES
	Hrs 1229	6.4	98.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 mins	Ganes) Alarma	No	X	Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5.1V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (Simulación)

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 5 (Cierre Suplemino)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-ES))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula solenoide	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (80 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (21 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (5.0 Lts)	REJILLAS (10 Vcc)	FILTROS (10 Vcc)	BASE (10 Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 14v)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (10 - 14V)	RUEDAS (10 Vcc)	OBSERVACIONES
	Hrs 1229	6.3	98.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: