ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NN-1445B	Fecha Inicio	26/7/21 8:41	Fecha Fin	26/7/21 12:29		

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] — FECHA INICIO AISLAMIENTO: [ ] — FECHA FIN AISLAMIENTO: [ ]

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
	X		Filtro Externo Central	1		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES REPORTADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 6" (LO-ES)	HOJILLAS (35 lpm)	FILTROS (40 lpm)	BAJO (60 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (20 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MEDIO (61 - 120)	RUEDAS (20 lpm)	OBSERVACIONES
	3847	6.2	94.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 mins	Generó Alarma	No	X	Si	X	Cual?	LO
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Disativa reingreso de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (20 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 6" (LO-ES)	HOJILLAS (35 lpm)	FILTROS (40 lpm)	BAJO (60 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (20 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MEDIO (61 - 120)	RUEDAS (20 lpm)	OBSERVACIONES
	1985	6.2	98.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO