ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/03/2019
Página 1 de 2	

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	DM200617097	Fecha Inicio	26/7/21 8:35	Fecha Fin	26/7/21 10:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO O ORDEN DE SERVICIO

FALLA	ADAPO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ADICIONALES DE DAÑOS O REPARACIÓN

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXÍGENO (94% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (No Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Fuga a 0" (LO-ES)	REFILLAS (10 Hrs)	FILTROS (50 Hrs)	BASE (20 hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - 40)	RUEDAS (6 Hrs)	OBSERVACIONES
	259	6.9	99.1	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 mins	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS ELECTRICAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	N/A
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	N/A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	N/A
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	N/A
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POSTERIOR A LA REPARACIÓN O MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N/A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LO-ES)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 Psi)	OXÍGENO (94% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (No Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Fuga a 0" (LO-ES)	REFILLAS (10 Hrs)	FILTROS (50 Hrs)	BASE (20 hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - 40)	RUEDAS (6 Hrs)	OBSERVACIONES
	260	6.9	98.9	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO