ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GTO-MAN-FR-009
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2509B | Fecha Inicio: 28/7/21 8:41 | Fecha Fin: 28/7/21 10:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO/SOLUCIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

EJECUCIÓN MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	CONSUMO (85% - 94%)	FLUJÓMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (0 lts)	PRUEBAS (20 lts)	FILTROS (20 lts)	BASE (20 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 90)	CÓDIGO DE BARRAS: RUEDAS (20 - 90)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	1789	6.5	98.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	No [X]	Si [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno [X]		Con Sobrecalentamiento [ ]		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave Ingeniería)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta fuse eléctrico	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	CONSUMO (85% - 94%)	FLUJÓMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (0 lts)	PRUEBAS (20 lts)	FILTROS (20 lts)	BASE (20 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 90)	CÓDIGO DE BARRAS: RUEDAS (20 - 90)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	1789	6.2	98.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: