ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	
Orden					

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7FSAB20700200000038	Fecha Inicio	28/4/21 8:42	Fecha Fin	28/7/21 10:15

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTREGA REPUESTOS DEVUELTOS POR SERVICIO

PARTE	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTE	ASPECTO CAMBIADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES ESCRITOS POR TÉCNICO

DATOS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 94%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (0.5 Hz)	REVELLAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	BASE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - 60)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
	755	6.8	98.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mtto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento			

COMPROBACIÓN

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVACIÓN DE ALARMAS DEL CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave Ingeniero)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Pitch Mecha	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 94%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (0.5 Hz)	REVELLAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	BASE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - 60)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
	757	6.5	97.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO