ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MANT-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/04/2018
Página 1 de 2	

Fecha Revisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DE EQUIPO

Código Equipo: NN-4111B | Fecha Inicio: 28/7/21 8:39 | Fecha Fin: 28/7/21 10:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

DESCRIPCION DE DAÑOS

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
X			Switch Encendido	1		SI	X	No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE:

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

Sin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (3Lmin)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 mA)	Pila (20 mA)	"Flujo a 0" (LOED)	REJILLAS (20 mA)	FILTROS (20 mA)	BASE (20 mA)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 – 90)	MANUAL (20 – 90)	RUEDAS (20 mA)	OBSERVACIONES
	12984	5.6	65.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	10	Si	Si	Mto Pre-Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 Min	Generó Alarma	No		SI	X	Cual?	LO
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento				

PRUEBAS ELECTRICAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES POST-MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LE - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LI-LE-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tubería de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Sin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (3Lmin)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 mA)	Pila (20 mA)	"Flujo a 0" (LOED)	REJILLAS (20 mA)	FILTROS (20 mA)	BASE (20 mA)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 – 90)	MANUAL (20 – 90)	RUEDAS (20 mA)	OBSERVACIONES
	12986	6.3	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	10	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: