



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-M011-PR-2008  
Versión 1  
Fecha Actualización: 06/04/2016  
Página 1 de 2

Fecha Resolución: \_\_\_\_\_ Fecha Inic. #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: **mv-4638B** Fecha Inic: **30/07/12** Hora: **0:25** Fecha Fin: **30/07/12** Hora: **9:41**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA  
SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA	CAUSA	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	REPARADO	REVISADO

DETALLE ADICIONAL DE DATOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONJUNTO	PLUMOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	PIA (2-5)	"Fuga a 0" (2-6)				BASE (21-22)	ARMAS (21-23)	(21-24)		
21251	6.4	98.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Prueb. Prevencas

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **1 hora** Generó Alarma: **SI**

2. RUIDO EXTRAÑO: SI  NO  3. ESTADO DE MANGUERAS: **Buena** 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: **Buena** Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: \_\_\_\_\_

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buena** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: **Buena** SI  Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONJUNTO	PLUMOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	PIA (2-5)	"Fuga a 0" (2-6)				BASE (21-22)	ARMAS (21-23)	(21-24)		
21251	6.1	98.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento	

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONJUNTO	PLUMOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	PIA (2-5)	"Fuga a 0" (2-6)				BASE (21-22)	ARMAS (21-23)	(21-24)		
21251	6.1	98.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento	

FIRMA MANTENIMIENTO: **Wilmar G.**