OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAM-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2020
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-570B	Fecha Inicio	01/06/21 8:58	Fecha Fin	01/06/21 11:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO (Hm)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (95%-99%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-SS)	REBILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	HUMIDA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	16532	5.9	71.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5 min	Sonora Alarma	No		Si X	Clarif	El

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verificar [illegible]	4.6v
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión [illegible]	Se verifica [illegible] equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	fuerte
	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera Tamiz	L			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	ES
	Flujo Máximo	Se verifica [illegible]	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación [illegible]	OX
4	Desconexión tanto de flujo	Desconexión [illegible]	OX
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	OX
	Otros		
	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO (Hm)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (95%-99%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-SS)	REBILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	HUMIDA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	16534	6.1	92.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.