OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha emisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NA-4021B	Fecha Inicio	31/05/21	7:37	Fecha Fin	31/05/21	10:55

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DEL ACCIDENTE

HOROMETRO (hrs)	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	"Flujo a 0"	...	...	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	REGLA	RUEDAS	OBSERVACIONES
21061	6.1	93.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	no	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 horas		X

2. RUIDO EXTRAÑO	SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			Si	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			50
	Prueba de fugas	Se verifica ...	ok
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
			ok
	Prueba de alarma	Se verifica ...	puerto
	Otro		
	Otro		

Descripcion del diagnostico identificado: se ajusta regulador presión, trabaja por 3 horas sin presentar alarma o baja pureza.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
			ES
			la
	Desconexión eléctrica		activa
			activa
			activa
	Otro		
	Otro		

HOROMETRO (hrs)	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	"Flujo a 0"	...	...	...	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
21064	6.1	91.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	no	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA ... : Infilmac G