ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MN-3445B | Fecha Inicio: 09/06/21 7:40 | Fecha Fin: 09/06/21 12:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Flujometro	1		Si [X] No
			Filtro Lateral (pequeño)	1		Si [X] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No
						Si [ ] No

DETALLES ADICIONALES GADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORIOMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
18210	3.9	47.3	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 min | Genero Alarma: No [ ] Si [X] | Cual? ES

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] Malo [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO FALLAS — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS — PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS DE CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotametro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activacion alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORIOMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
18210	61.9	72.1	Si	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correctivo

FIRMA MANTENIMIENTO: