



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

 Código: 040-MAN-PR-003  
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2010  
 Página: 1 de 2

Fecha Remedio:	Remedio #:	Auxiliar Mantenimiento:	No. Orden:
----------------	------------	-------------------------	------------

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
Código Equipo:	AN-23546	Fecha Inic:	05/06/21 (0:11)
		Fecha Fin:	05/06/21 (11:43)

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CAANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DAOS POR PACIENTE
--

## AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIBENIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-4)	Pila (2-4)	"Fuga a 8" (3-4)				BASE (1-4)	ORIBENIO (1-4)		
	667	6.5	97.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mano Presión
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				T. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros		OK
7	Otros		OK

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 2 (Cinta Regenero)	Se verifica activación de alarmas (L1 + L2 - ES)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta II es electrónica	activo
5	Activación de válvula de aire	Obtención traspase de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		activo
7	Otros		activo

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIBENIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-4)	Pila (2-4)	"Fuga a 8" (3-4)				BASE (1-4)	ORIBENIO (1-4)		
	667	6.3	97.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	funcionan Correctamente Wilmar G.