ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-PR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05-08-2019
	Pagina 1 de 2

Fecha Remision		Remision #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NAV-4033B	Fecha Inicio	05/06/21 10:01	Fecha Fin	05/06/21 11:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	✓	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	4956	6.1	97.0	5	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No ✓	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No ✓	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena ✓		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno ✓		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5		Con Sobrecalentamiento			

DIAGNOSTICO FINAL

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 0.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LI - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activacion alarma sonora	activo
4	Desconexión tacora de flujo	Desconecta linea electrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire se comprime	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	4956	6.3	97.4	5	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]