OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	DAD-MAN-PR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NV-2952B	Fecha Inicio	09/06/21	Fecha Fin	09/06/21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTONA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			piltro Lateral (Desgaste)	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MAMIA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	12351	6.4	70.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	40 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	lo

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.		Prueba	Descripcion	Resultado
1		Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2		Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3		Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4		Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5		Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:			
7	Otros:			

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	piltro interno	1			

No.		Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1		Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2		Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3		Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4		Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5		Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:			
7	Otros:			
8	Otros:			

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MAMIA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	12353	6.4	71.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Presenta Baja pureza

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]