ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 1	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NOV-4535B	Fecha Inicio	09/06/21 9:42	Fecha Fin	09/06/21 11:22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES [illegible] PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			FILTROS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(H)	(5-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-No)	BANDA (Si-No)	(Si-No)	
8875	6.3	86.2	Si	Si	Si	85	Si	Si	Si	180	Si	Si		Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Genera Alarma	No		✓	Cuál?	Lo

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	[illegible] DE TEMPERATURA	[illegible]	Si	Con [illegible]

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
	Conexión electrónica	Se verifica [illegible] del equipo	
	Prueba de alarma	Se verifica sonido [illegible] agudo o fuerte	
	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 ([illegible])	Se verifica [illegible]	
	Flujo mínimo	Se verifica [illegible] LED amarillo y [illegible]	
3	[illegible] eléctrico	[illegible]	
4	Desconexión [illegible] de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación [illegible]	[illegible] compresor	
6	Otros		
6	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			FILTROS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							Presenta Baja Pureza
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-No)	BANDA (Si-No)	(Si-No)	
8878	6.3	87.2	Si	Si	Si	85	Si	Si	Si	No	Si		Si	FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]