



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FUNDATO
 Código GAZMAN-PR-058
 Versión 1 Fecha Actualización: 05/05/2019
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MN-7855B** Fecha Inicio: **09/06/21** 7:35 Fecha Fin: **09/02/21** 10:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CL. REPORTE	REPUERTO	AMBIADO
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIBIEND	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flejo a 8" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				BASE (SI-NO)	RAMA (SI-NO)	TRABO		
En Mantenimiento	09/09	4.3	57.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI				Parl. Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No			SI	Qual?	E1								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		MEX		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bufo	Mfo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.30
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudó o fuerte	OK
6	Otros:		parte
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Mangueras de Refrigeración	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo + 0 (Cierre Bujinero)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E5)	SI
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flejo o LED amarillo y (L1-L0-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Chisporroteo manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIBIEND	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flejo a 8" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				BASE (SI-NO)	RAMA (SI-NO)	TRABO		
En Mantenimiento	09/09	6.296.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI				Funciona Correctamente
																FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmar G.	