

Fecha Remisión: _____ Revision #: _____ Acción: Mantenimiento _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MW-3356B** Fecha Inicio: **10/06/21 9:42** Fecha Fin: **10/06/21 11:30**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACENTE

AREA DE MANTENIMIENTO															OBSERVACIONES
Es Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OROMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					Desconexión (20-40)	Pila (20-40)	"Flujo a 0" (20-40)				BASE (20-40)	BASE (20-40)		BASE (20-40)	
22/07	6.1	96.5	S:	S:	S:	Lo	S:	S:	S:	S:	S:	S:	S:	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		X		Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		Si		N		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Si		Mult.	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buena					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		5:		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4.70
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cámara Operando)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (1)-(10-ET))	Lo
3	Desconexión eléctrica	Aplicación alarma sonora	Buena
4	Desconexión (señal de Flujo)	Desconecta línea eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de aire	Chequear manguera de salida de aire de compresor	Buena

PRUEBAS DE ALARMA															OBSERVACIONES
Es Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OROMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					Desconexión (20-40)	Pila (20-40)	"Flujo a 0" (20-40)				BASE (20-40)	BASE (20-40)		BASE (20-40)	
22/07	6.3	96.4	S:	S:	S:	Lo	S:	S:	S:	S:	S:	S:	S:	Prueba Correctamente Walter G	