OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-005 |
| Versión 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Codigo Equipo | MV-1899B | Fecha Inicio | 11/06/21 9:00 | Fecha Fin | 11/06/21 11:02 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Switch encendido | 1 | | Si | X | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HOROMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5305 | 6.6 | 96.0 | Si | Si | Si | LO | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. Correctivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 2 horas | Generó Alarma | No X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | X Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | | Con Sobrecalentamiento | |

DIAGNOSTICO TALLER

## SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 4.8V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

## REPUESTOS USADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCION | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Manguera tubo Refrigeración | 1 | | | |

CAMBIOS REALIZADOS

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | LO |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros | | |
| 5 | Otros | | |
| 6 | Otros | | |

PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HOROMETRO (Hrs) | PRESION (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO) | MANIJA (Si-NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5307 | 6.4 | 94.6 | Si | Si | Si | LO | Si | Si | Si | | Si | Si | Firmo Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]