ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-026
Version: 1	Fecha Actualizacion: 15/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remision: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: ACV-1461B | Fecha Inicio: 11/06/21 8:47 | Fecha Fin: 11/06/21 10:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI: | NO: X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO:** | **FECHA FIN AISLAMIENTO:**

SISTEMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (5Lt-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5Lt-Min)	Pila (5Lt-Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5Lt-Min)	FILTROS (5Lt-Min)	BASE (5Lt-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5Lt-Min)	MANIJA (5Lt-Min)	RUEDAS (5Lt-Min)	OBSERVACIONES
	10749	6.2	97.8	5:	5:	5:	ES	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No: X	Si:	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si:	No: X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena:	Malas:	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena: / Malo:
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena:	5:	Con Sobrecalentamiento:		

UNIDAD ECOLOGICA — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LAVADO MANUALES — PRUEBAS EN CAJA PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
0	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES)	10
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
4	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
5	Otros		
6	Otros		
7	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (5Lt-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5Lt-Min)	Pila (5Lt-Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5Lt-Min)	FILTROS (5Lt-Min)	BASE (5Lt-Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5Lt-Min)	MANIJA (5Lt-Min)	RUEDAS (5Lt-Min)	OBSERVACIONES
	10750	6.1	97.7	5:	5:	5:	ES	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.