ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-18713 | Fecha Inicio: 12/06/21 9:20 | Fecha Fin: 12/06/21 10:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO PARA ORDEN DE SERVICIO

FALLA	USNO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLES ADICIONALES (DAÑOS POR FACIENTE)

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (89%-99%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Seg)	Pila (0-1Seg)	"Flujo a 0" (1.5-2Seg)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	14059	6.3	93.0	SI	Si	Si	10	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	60min	Generó Alarma	No X	SI	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activa
4	Desconexión tapete de flujo	Desconexión línea eléctrica	activa
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activa
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (89%-99%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Seg)	Pila (0-1Seg)	"Flujo a 0" (1.5-2Seg)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	14060	6391.7	Si	Si	Si	40	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.