OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Aceptar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	Nov-3809B	Fecha Inicio	12/06/21 7:41	Fecha Fin	12/06/21 9:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR RACIMIENTO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJÓMETRO (Ml/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Ml/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (Ml/Hr)	FILTROS (Ml/Hr)	BASE (Ml/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (ST-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (ST-NO)	RUEDAS (Ml/Hr)	OBSERVACIONES
	20525	6.0	96.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5,5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ox
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ox
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ox
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

DESCRIPCION

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBA / SIMULACIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJÓMETRO (Ml/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Ml/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (Ml/Hr)	FILTROS (Ml/Hr)	BASE (Ml/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (ST-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (ST-NO)	RUEDAS (Ml/Hr)	OBSERVACIONES
	20527	6.0	96.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]