

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO							
						Codigo	TAC-040-01-08						
						Version 1	Fecha Actualizaci6n: 03/02/2016						
						Pagina 1 de 2							
Fecha Revisi6n		Revisi6n #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden							
IDENTIFICACION DEL EQUIPO													
Codigo Equipo	NW-1246B		Fecha Inicial	15/06/21	7:34	Fecha Fin	15/06/21 10:53						
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI		NO	Y	FECHA INICIO ASLAMIENTO	FECHA FIN ASLAMIENTO						
FALLA	TAMPO	CLASE DAAO	DESCRIPCION			CANTIDAD	AL REPORTE						
							SI/NO/DCAMBIO						
							SI/NO						
							SI/NO						
							SI/NO						
							SI/NO						
							SI/NO						
							SI/NO						
							SI/NO						
							SI/NO						
DETALLE DE FILAS ADICIONALES DADOS POR FACILITADO													
En Mantenimiento													
HIDROMETRO	PRESION	ORFENSO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexi6n (1-10)	Fila (11-14)	"Fuga a P" (15-16)				BASE (17-18)	FILTROS (19-20)		
604	6.493.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Manf. Correctivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3 horas		Gener6n Alarma	OK	SI	Cuel				
2. RUEDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		OK	Mala		
A. DAÑOS IDENTIFICADOS													
A. ESTADO DE LAS CONEXIONES													
Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento					
No.	Prueba		Descripci6n							Resultado			
1	Estado Pila 5.5 V		Verifica voltaje de la pila							4.5V			
2	Prueba de Fuga		Se verifica conexi6n normal del equipo							OK			
3	Conexi6n el6ctrica		Se verifican las conexiones el6ctricas del equipo							OK			
4	Conexi6n electr6nica		Se verifican las conexiones electr6nicas del equipo							OK			
5	Prueba de alarma		Se verifica sonido si es agudo o fuerte							agudo			
6	Otras:												
7	Otras:												
Descripci6n del da±o identificado		Se ajusta regulador de presi6n, funciona por 3 horas sin presentar alarma											
CODIGO	DESCRIPCION			CANT	CODIGO	DESCRIPCION			CANT				
En Mantenimiento													
HIDROMETRO	PRESION	ORFENSO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexi6n (1-10)	Fila (11-14)	"Fuga a P" (15-16)				BASE (17-18)	FILTROS (19-20)		
604	6.490.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Funciona Correctamente	
FIN DE MANTENIMIENTO												William G.	