



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAINT-008
Version	Fecha Actualización 06/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Recepción	Recepción #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
-----------------	-------------	------------------------	-----------

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Código Equipo	20190815051	Fecha Inicio	11/06/21 7:57
		Fecha Fin	11/06/21 9:26

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI-NO)		Pila (SI-NO)		"Flujo a 0" (SI-NO)					REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	64984987	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo			
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		50 min		Genero Alarma		X		SI		Cul? SI					
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		OK		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		OK		Uso			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros		
7	Otros		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo +0 (Cilindro Regenerador)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-L3)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma usual y sonido (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L2-L3)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Red	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Captar manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI-NO)		Pila (SI-NO)		"Flujo a 0" (SI-NO)					REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	64983984	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona correctamente Firma Mantenimiento: Wilmar G.			