ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-76-006
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	HZ55 193944	Fecha Inicio	21/06/21 8:57	Fecha Fin	21/06/21 12:36

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

INVENTARIO REPUESTOS DESGASTADOS O DAÑADOS

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (90%- 99%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	HELICAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	SAGE (5l-6m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l-6m)	BANDAS (5l-6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	3552	8.2	96.9	5:	5:	5:	N.A	5:	5:	5:	N.A	5:	5:	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	SI		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5:	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave Ingeniero)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarilla y (LL-L3-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexta linea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alta de compresor	N.A
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (90%- 99%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pila (5l-6m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	HELICAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	SAGE (5l-6m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l-6m)	BANDAS (5l-6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	3553	8.2	96.9	5:	5:	5:	N/A	5:	5:	5:	N.A	5:	5:	Funcana Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO