ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Código	GRD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/05/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-529B | Fecha Inicio: 27-6-21 7:44 | Fecha Fin: 27-6-21 9:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N° REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
	X		Switch	1		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR TÉCNICO:

ANTES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90%-99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 m³)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	PELLAS (55 l/m)	FILTROS (55 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (55-90)	CÓDIGO DE BARRAS: REMOTA (55-90)	RUEDAS (55 l/m)	OBSERVACIONES
	10086	6.6	96.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mantenimiento Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 Mins	Generó Alarma	No [X]	SI [ ]	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X]	Malo [ ]	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena [X]	Con Sobrecalentamiento [ ]					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5.V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Verificación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rápido)	Se verifica actuación de alarmas (LL - LB - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecto línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUÉS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90%-99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 m³)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	PELLAS (55 l/m)	FILTROS (55 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (55-90)	CÓDIGO DE BARRAS: REMOTA (55-90)	RUEDAS (55 l/m)	OBSERVACIONES
	10182	6.2	96.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

PERSONA MANTENIMIENTO: [signature]