

Fecha Realización: \_\_\_\_\_ Revisión a: \_\_\_\_\_ Auditor: \_\_\_\_\_  
 No. Orden: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **SN 0194244** Fecha Inicio: **21-6-21 7:30** Fecha Fin: **21/06/21 9:08**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
SI			<b>X</b>		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión (21-01)	Pila (21-02)	"Flujo a F" (21-03)	REALAR (21-04)	AL TONOS (21-05)	URBE (21-06)	CÓDIGO DE BARRAS (21-07)	RIEDAS (21-08)	OBSERVACIONES			
	100A	6.5	90.7	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	MA	SI	SI	Equipo de MEDIST	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 mins	Generó Alarma	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	<b>X</b>	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	<b>X</b>	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	<b>X</b>	Mala			
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	<b>X</b>	Con Sobrecalentamiento:							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otras:		Fuerte
7	Otras:		

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Solenoides)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - EB)	N/A
2	Flujo Manual	Se verifica activación de alarma manual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SL-LD-EE)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión líneas eléctricas	N/A
5	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión (21-01)	Pila (21-02)	"Flujo a F" (21-03)	REALAR (21-04)	AL TONOS (21-05)	URBE (21-06)	CÓDIGO DE BARRAS (21-07)	RIEDAS (21-08)	OBSERVACIONES			
	6.5	88.8	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	MA	SI	SI	Equipo con baja Pureza		
FIRMA MANTENIMIENTO:													Wilmar G.			