ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

MV-3520 B — Fecha inicio: 22/04/21 9:31 — Fecha fin: 22/04/21 11:04

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] — FECHA INICIO AISLAMIENTO: — FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN U/F SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Prueba	Flujo o P	REGLAS	FILTROS	GAS	CÓDIGO DE FALLAS	REPUESTOS	OBSERVACIONES
	23116	6.5	96.7	Si	Si	Si	ET	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mat. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min — Datos Técnicos: X
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] Malo [ ] — 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Si

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Fisico	Verifica estado de la pieza	Si
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
	Prueba de alarma	Se verifica sonido a la alarma y luces	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO	OBSERVACIONES	COSTO

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Prueba Estanqueidad	Se verifica estanqueidad del filtro	Si
	Flujo Masico	Se verifica adecuado de alarma visual y sonora	Si
	Conexión eléctrica	Adecuada conexión eléctrica	Bueno
	Conexión eléctrica de fuga	Conexiones bien ajustadas	Bueno
	Activación de válvula de salida	Objetivo mantiene el vacío de aire de compresor	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Prueba	Flujo o P	REGLAS	FILTROS	GAS	CÓDIGO DE FALLAS	REPUESTOS	OBSERVACIONES
	23119	6.4	96.5	Si	Si	Si	ET	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto Funcionamiento

Wilmar G.