Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Mantenimiento | Permiso # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: CN-1257B | Fecha Inicio: 22/06/21 8.30 | Fecha Fin: 22/06/21 10:45

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA APARENTE O RAZON DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	CONSUMO (kW)	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripcion	Pos.	Trigo a 5°	REGILLAS	FILTROS	FANS	CODIGO DE BARRAS		ENTRAS	OBSERVACIONES
	(Amp)	(PSI)	(BP) (Bar)	(L/min)	(Si / No)			(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)		(Si / No)	
	22.3	6.1 98.2	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 180 min | Cambio Aceite: X

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Si [X] | Visible | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: [X] | Visible

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LOS LUBRICANTES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Si

DIAGNOSTICO FALLAS

SET DE PRUEBAS

No.	Pruebas	Descripcion	Resultado
	Cable Pot S.S.	Verifica voltaje de salida	4.9V
	Prueba de Fugas	Se verifica si hay fugas en el equipo	OK
	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
	Conexion neumatica	Se verifican las conexiones neumaticas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido y luz de alarma	Falla
	Otros		
	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
	Trigo a 5° Cable Pot Sensor	Se verifica activacion de alarma	ES
	Nivel Maximo	Se verifica activacion de alarma nivel maximo	No
	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	OK
	Desconexion fuente de flujo	Desconexion manguera	OK
	Activacion de valvula de paso	Cierre manguera de salida de aire de concentrador	OK
	Otros		
	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	CONSUMO (kW)	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripcion	Pos.	Trigo a 5°	REGILLAS	FILTROS	FANS	CODIGO DE BARRAS		ENTRAS	OBSERVACIONES
	(Amp)	(PSI)	(BP) (Bar)	(L/min)	(Si / No)			(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)		(Si / No)	
	22.3	6.1 98.0	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

NOMBRE MANTENIMIENTO: [illegible]