ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-HANU-FR-026
Version 1	Fecha Actualizacion: 25/08/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: Nu-4208B | Fecha Inicio: 22/06/24 8:25 | Fecha Fin: 22/06/24 10:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI: | NO: X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO:** | **FECHA FIN AISLAMIENTO:**

BITACORA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lpm)	Pila (5 Lpm)	"Flujo a 0" (LO-ES)	HEJILLAS (5 Lpm)	FILTROS (5 Lpm)	BASE (5 Lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (5 Lpm)	OBSERVACIONES
	13779	6.1	97.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba:	90 min	Genero Alarma:	Si:	No:	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si:	No: X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena: X	Malas:	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno: X / Malo:
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO

LISTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 0.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.9v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión teclas de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lpm)	Pila (5 Lpm)	"Flujo a 0" (LO-ES)	HEJILLAS (5 Lpm)	FILTROS (5 Lpm)	BASE (5 Lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (5 Lpm)	OBSERVACIONES
	13779	6.0	97.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.