Pio

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión | Remisión # | Auditor Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: Mpv-2725 B | Fecha Inicio: 22/06/21 7:37 | Fecha Fin: 22/06/21 9:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

REPORTA EQUIPO AL OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	INCREMENTO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Tiempo de T	FUGAS	FILTROS	GAS	CÓDIGO DE BARRAS	SISTEMA	OBSERVACIONES
													Mant.
	17543	6.3	97.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 5 min | Cumple Fabrica: No | X | Cual? | ES

2. RUIDO EXTERNO: Si | No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Cual? [X] | Visible | 4. ZOOTROPA DE INTERRELACIONES [X] | Otro

5. GANTE DE ESTIGADOR:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Prueba: Si | Con Termocompensación

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Pruebas	Descripción	Resultado
	Estado Pila E.S.	verifica voltaje de la pila	4.3v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y de alguna o fuera	leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tarjeta de flujo	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo E.S. (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarma (ver ... 3.5)	ES
	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y ... 3.5 ampere)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión toma de flujo	Desconexión mecánica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera en activación de válvula de alivio	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	INCREMENTO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Tiempo de T	FUGAS	FILTROS	GAS	CÓDIGO DE BARRAS	SISTEMA	OBSERVACIONES
													Funcionan
	17543	6.3	92.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Correctamente

Wilmar G.