OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-PR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-1320 B	Fecha Inicio	22-6-21 7:47	Fecha Fin	23/06/21 10:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO		AMBIADO	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR LA CLIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-LO)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(SI-NO)	(SI-NO)	(Si-No)	Mant.
	7017	6.3	94.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		General Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena X
Con Subrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.6 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: Equipo a 3 L/min trabaja con 94% de pureza, se deja trabajando por más de 10 horas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarilla y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(SI-NO)	(SI-NO)	(Si-No)	Funciona Correctamente
	7031	6.3	90.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.