ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAC-GEN-FR-020
Versión: 1 Fecha Actualización: 09/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	SND12593	Fecha Inicio	24/06/21 12:50	Fecha Fin	24/06/21 10:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (50% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (No Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 - 60)	FILTROS (30 - 60)	BASE (30 - 60)	CODIGO DE BARRAS: BASE (20 - 100)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (20 - 100)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	3429													Equipo de Medist

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si X	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Sonido fuerte Compresor								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento				

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.6 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es ajuste o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado: Equipo presenta sonido fuerte compresor

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila = 0 (Cero Registrado)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo fisiológico	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obtener mengueno de sonido de uso de compresor	
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (50% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 - 60)	FILTROS (30 - 60)	BASE (30 - 60)	CODIGO DE BARRAS: BASE (20 - 100)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (20 - 100)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	3429	6.1	94.0											Equipo de Medist

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.