ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3725B	Fecha Inicio	24/06/21 11:33	Fecha Fin	24/06/21 13:36

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO EMPRADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			Pelto Central	1		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR EL CLIENTE

ETAPA 1

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5l-6o)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Corte)	Pila (11-6v)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6o)	FILTROS (5l-6o)	BASE (5l-6o)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6O)	BARRA (5l-6O)	RUEDAS (5l-6o)	OBSERVACIONES
	27744	6.4	98.2	5;	5;	5;	LO	SI	5;	5;	3;	5;	5;	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Genert Alarma	No X	Si	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5;	Con Sobrecalentamiento		

ETAPA 2

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Y.Bv
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

ETAPA 3

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecto linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5l-6o)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6o)	Pila (5l-6o)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6o)	FILTROS (5l-6o)	BASE (5l-6o)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6O)	BARRA (5l-6O)	RUEDAS (5l-6o)	OBSERVACIONES
	27946	6.2	98.1	5;	5;	5;	Lo	5;	5;	5;	5;	5;	5;	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO