ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-1619B | Fecha Inicio: 22/06/21 9:33 | Fecha Fin: 23/06/21 11:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

MANTENIMIENTO REPORTADO OPERACIÓN DESFAVORABLE

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Switch encendido	1		SI	X	No	
			filtro lateral	1		SI	X	No	
			filtro central	1		SI	X	No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR RACHEL:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LD-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	11944	6.7	86.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctiva

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	40 min	Generó Alarma	No		SI X	Cual?	NO	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	[ ]	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LD-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LD-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	11948	6.6	97.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Williams G.