ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXYPro Mantenimiento

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-030
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2179B | Fecha Inicio: 18/06/21 9:20 | Fecha Fin: 21/06/21 11:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

HISTORIAL REPORTADO/PRESENTACIÓN DE SERVICIO

FALLA	MANO.	CLASE MANO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REQUIERE CAMBIO
			Filtro Lateral	1		SI X NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-99%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	Pila (5l-6lx)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6lx)	FILTROS (5l-6lx)	BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6lx)	MANGUERA (5l-6lx)	RUEDAS (5l-6lx)	OBSERVACIONES
	2442	6.9	85%	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 2hora	Generó Alarma	No		Si X	Cual?		Lo
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Bajímetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-99%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	Pila (5l-6lx)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6lx)	FILTROS (5l-6lx)	BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6lx)	MANGUERA (5l-6lx)	RUEDAS (5l-6lx)	OBSERVACIONES
	24441	6697.5	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.