



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
C40-000-PR-001
Fecha Actualización: 25-04-2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equip: **MV-1B** Fecha Inic: **25/06/12** 7:34 Fecha Fin: **25/06/12** 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento: HORIZONTALMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO. PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión, Pila, Flujo a 0. REJILLAS, FILTROS, BASE. CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. OBSERVACIONES: Mant. Preventivo. 1. CICLADO: Tiempo de la prueba 90 min, Generó Alarma X. 2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No. 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena. 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena. 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena. 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena. Con Sobrecalentamiento.

SETEO DE PRUEBAS table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for voltage, leaks, electrical connections, and alarm.

REPOSITOS USADOS table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

PRUEBAS ADICIONALES PARA VERIFICACION DE LOS NIVELES REALIZADAS EN CADA SITUACION table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for flow, alarm activation, and hose connection.

En Mantenimiento: HORIZONTALMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO. PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión, Pila, Flujo a 0. REJILLAS, FILTROS, BASE. CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. OBSERVACIONES: Conecta funcionamiento. FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.