ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Mn_1239B	Fecha Inicio	26/06/21 9:38	Fecha Fin	26/06/21 11:25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIAL REPORTES OPERADORES SEMANAL

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ANORMALES OBSERVADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (3-5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	12598	5.8	70.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO *	Tiempo de la prueba	3 min	Generó Alarma	No		X	Cual? El
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X
4. SISTEMA DE REFRIDERACION	Bueno X		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion		Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila		4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo		Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte		fuerte
6	Otros:			
7	Otros:			
	Descripción del diagnostico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Tubo Refrigeración				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion		Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)		ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)		LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora		Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica		Ok
5	Activación de salvida de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor		Ok
6	Otros:			
7	Otros:			
8	Otros:			

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (3-5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	12594	6.6	93.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funcona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.