ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: Código: GAO-MAN-FR-039 | Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2016 | Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-44378	Fecha Inicio	25/04/21 11:30	Fecha Fin	26/04/21 11:45

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

REPORTE REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			Acople plastico	1		SI X	No
			Base	1		SI X	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLES ADICIONALES CARGADOS POR PACIENTE

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6–7 PSI)	OXIGENO (90%–95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	Pila (5 l/Min)	"Flujo = 0" (LO-EB)	REJILLAS (SI – No)	FILTROS (SI – No)	BASE (SI – No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI – NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI – NO)	RUEDAS (SI – No)	OBSERVACIONES
	44905	6.3	87.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Generó Alarma	No	X	Cual?	ko
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.3V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Leve
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Alta refrigeración	1			
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL – LO – EB)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EB)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6–7 PSI)	OXIGENO (90%–95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	Pila (5 l/Min)	"Flujo = 0" (LO-EB)	REJILLAS (SI – No)	FILTROS (SI – No)	BASE (SI – No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI – NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI – NO)	RUEDAS (SI – No)	OBSERVACIONES
	44909	6.2	97.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]